

Section Laboratoires

ATTESTATION D'ACCREDITATION**ACCREDITATION CERTIFICATE****N° 2-1579 rév. 6**

Le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) atteste que :
The French Committee for Accreditation (Cofrac) certifies that :

TRESCAL SA

N° SIREN : 562047050

Satisfait aux exigences de la norme
Fulfils the requirements of the standard

NF EN ISO/CEI 17025 : 2005

et aux règles d'application du Cofrac pour les activités d'analyses/essais/étalonnages en :
and Cofrac rules of application for the activities of testing/calibration in :

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / COURANT CONTINU - COURANT ALTERNATIF***DIRECT CURRENT AND LOW FREQUENCY ELECTRICITY / DIRECT CURRENT - ALTERNATIVE CURRENT***réalisées par / *performed by :***TRESCAL SA - Site de Toulon
169, avenue des Bousquets
83390 CUERS**

et précisément décrites dans l'annexe technique jointe
and precisely described in the attached technical appendix

L'accréditation suivant la norme internationale homologuée NF EN ISO/CEI 17025 : 2005 est la preuve de la compétence technique du laboratoire dans un domaine d'activités clairement défini et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d'un système de management de la qualité adapté (cf. communiqué conjoint ISO/ILAC/IAF de janvier 2009)

Accreditation in accordance with the recognised international standard ISO/IEC 17025 : 2005 demonstrates technical competence for a defined scope and the operation of a laboratory quality management system (re. Joint IAF/ILAC/ISO Communiqué dated January 2009).

Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral d'EA pour l'accréditation, pour les activités objets de la présente attestation.

Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for accreditation for the activities covered by this certificate.

Date de prise d'effet / *granting date* : **01/03/2018**Date de fin de validité / *expiry date* : **31/01/2019**

Pour le Directeur Général et par délégation
On behalf of the General Director

Le Responsable du Pôle Bâtiment-Electricité,
The Pole Manager,

Kerno MOUTARD

La présente attestation n'est valide qu'accompagnée de l'annexe technique.
This certificate is only valid if associated with the technical appendix.

L'accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée de l'accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr).
The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of accreditation and its validity should be checked on the Cofrac website (www.cofrac.fr).

Cette attestation annule et remplace l'attestation N° 2-1579 Rév 5.
This certificate cancels and replaces the certificate N° 2-1579 [Rév 5](#).

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac.
The Cofrac's liability applies only to the french text.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet - 75012 PARIS Tél. : 33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031 www.cofrac.fr



Section Laboratoires

ANNEXE TECHNIQUE

à l'attestation N° 2-1579 rév. 6

L'accréditation concerne les prestations réalisées par :

TRESCAL SA - Site de Toulon
169, avenue des Bousquets
83390 CUERS

Dans son unité :

- Laboratoire d'étalonnage en Electricité-Magnétisme

Contact : Monsieur Michel SAMARAN
E-mail : michel.samaran@trescal.com

Elle porte sur : voir pages suivantes

Unité technique : Laboratoire d'étalonnage en Electricité-Magnétisme

L'accréditation porte sur :

Domaine Electricité-Magnétisme sur site client

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Différence de potentiel								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Calibrateurs Alimentations Générateurs	Différence de potentiel	/	0 mV à 120 mV	$10,0 \cdot 10^{-6} \cdot U + 4 \mu V$	Mesure directe	Multimètre	PCEM-CAN-0031	Site client
			0,12 V à 1,2 V	$10,0 \cdot 10^{-6} \cdot U + 5 \mu V$				Température ambiante 18 à 28 °C
			1,2 V à 12 V	$10,0 \cdot 10^{-6} \cdot U + 6 \mu V$				Humidité ambiante < 80% HR
			12 V à 120 V	$21 \cdot 10^{-6} \cdot U + 200 \mu V$				Alimentation électrique 216V à 253 V
			120 V à 1000 V	$22 \cdot 10^{-6} \cdot U + 400 \mu V$				

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Intensité de courant électrique								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Calibrateurs Alimentations Générateurs	Intensité de courant électrique	/	1 µA à 12 µA	$80 \cdot 10^{-6} \cdot I + 6 \text{ nA}$	Mesure directe	Multimètre	PCEM-CAN-0032	Site client
			12 µA à 120 µA	$90 \cdot 10^{-6} \cdot I + 7 \text{ nA}$				Température ambiante 18 à 28 °C
			0,12 mA à 1,2 mA	$120 \cdot 10^{-6} \cdot I + 15 \text{ nA}$				Humidité ambiante < 80% HR
			1,2 mA à 12 mA	$110 \cdot 10^{-6} \cdot I + 100 \text{ nA}$				Alimentation électrique 216V à 253 V
			12 mA à 120 mA	$160 \cdot 10^{-6} \cdot I + 900 \text{ nA}$				
			120 mA à 1000 mA	$180 \cdot 10^{-6} \cdot I + 15 \text{ µA}$				

I est la valeur de l'intensité de courant exprimée en ampères.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant alternatif / Différence de potentiel								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Calibrateurs Alimentations Générateurs	Différence de potentiel	40 Hz à 10 kHz	10 mV à 120 mV	$3,0 \cdot 10^{-4} \cdot U + 110 \text{ µV}$	Mesure directe	Multimètre	PCEM-CAN-0033	Site client
			0,12 V à 1,2 V	$4,2 \cdot 10^{-4} \cdot U + 120 \text{ µV}$				Température ambiante 18 à 28 °C
			1,2 V à 12 V	$3,0 \cdot 10^{-4} \cdot U + 150 \text{ µV}$				Humidité ambiante < 80% HR
			12 V à 120 V	$3,2 \cdot 10^{-4} \cdot U + 550 \text{ µV}$				Alimentation électrique 216V à 253 V
Calibrateurs Alimentations Générateurs	Différence de potentiel	45 Hz à 1 kHz	120 V à 700 V	$3,2 \cdot 10^{-4} \cdot U + 4 \text{ mV}$	Mesure directe	Multimètre	PCEM-CAN-0033	

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / **Courant alternatif** / Intensité de courant électrique

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Calibrateurs Alimentations Générateurs	Intensité de courant électrique	60 Hz à 400Hz	1 mA à 12 mA	$4,2 \cdot 10^{-4} \cdot I + 2,5 \mu A$	Mesure directe	Multimètre	PCEM-CAN-0034	Site client
			12 mA à 120 mA	$4,2 \cdot 10^{-4} \cdot I + 25 \mu A$				Température ambiante 18 à 28 °C
			120 mA à 1000 mA	$5,5 \cdot 10^{-4} \cdot I + 250 \mu A$				Humidité ambiante < 80% HR Alimentation électrique 216V à 253 V

I est la valeur de l'intensité de courant exprimée en ampères.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / **Courant continu** / Résistance électrique

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Calibrateurs Alimentations Générateurs	Résistance électrique	/	0,1 Ω à 1 Ω	$30 \cdot 10^{-6} \cdot R + 100 \mu \Omega$	Mesure directe	Multimètre	PCEM-CAN-0035	Site client
			1 Ω à 12 Ω	$90 \cdot 10^{-6} \cdot R + 40 \mu \Omega$				Température ambiante 18 à 28 °C
			12 Ω à 120 Ω	$40 \cdot 10^{-6} \cdot R + 450 \mu \Omega$				Humidité ambiante < 80% HR
			120 Ω à 1200 Ω	$80 \cdot 10^{-6} \cdot R + 450 \mu \Omega$				Alimentation électrique 216V à 253 V
			1,2 kΩ à 12 kΩ	$50 \cdot 10^{-6} \cdot R + 4,5 m\Omega$				
			12 kΩ à 120 kΩ	$45 \cdot 10^{-6} \cdot R + 140 m\Omega$				
			0,12 MΩ à 1,2 MΩ	$65 \cdot 10^{-6} \cdot R + 5 \Omega$	Mesure directe	Multimètre	PCEM-CAN-0002	
			1,2 MΩ à 10 MΩ	$130 \cdot 10^{-6} \cdot R + 900 \Omega$	Mesure directe	Multimètre	PCEM-CAN-0035	

R est la valeur de la résistance exprimée en ohms.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / **Courant continu** / Différence de potentiel (génération)

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Multimètres Voltmètres	Différence de potentiel	/	0 mV à 330 mV	$75 \cdot 10^{-6} \cdot U + 7 \mu\text{V}$	Mesure directe	Calibrateur universel	PCEM-CAN-0026	Site client
			0,33 V à 3,3 V	$65 \cdot 10^{-6} \cdot U + 15 \mu\text{V}$				Température ambiante 18 à 28 °C
			3,3 V à 33 V	$65 \cdot 10^{-6} \cdot U + 150 \mu\text{V}$				Humidité ambiante < 80% HR
			33 V à 330 V	$80 \cdot 10^{-6} \cdot U + 800 \mu\text{V}$				Alimentation électrique 216V à 253 V
			330 V à 1000 V	$80 \cdot 10^{-6} \cdot U + 3000 \mu\text{V}$				

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / **Courant continu** / Intensité de courant électrique (génération)

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Multimètres Voltmètres	Intensité de courant électrique	/	10 μA à 3,3 mA	$22 \cdot 10^{-5} \cdot I + 80 \text{ nA}$	Mesure directe	Calibrateur universel	PCEM-CAN-0027	Site client
			3,3 mA à 10 mA	$22 \cdot 10^{-5} \cdot I + 500 \text{ nA}$				Température ambiante 18 à 28 °C
			10 mA à 33 mA	$30 \cdot 10^{-5} \cdot I + 400 \text{ nA}$				Humidité ambiante < 80% HR
			33 mA à 330 mA	$30 \cdot 10^{-5} \cdot I + 5 \mu\text{A}$				Alimentation électrique 216V à 253 V
			0,33 A à 1,0 A	$42 \cdot 10^{-5} \cdot I + 70 \mu\text{A}$				
			1,0 A à 2,2 A	$38 \cdot 10^{-5} \cdot I + 70 \mu\text{A}$				
			2,2 A à 11 A	$75 \cdot 10^{-5} \cdot I + 500 \mu\text{A}$				

I est la valeur de l'intensité de courant exprimée en ampères.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant alternatif / Différence de potentiel (génération)								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Multimètres Voltmètres	Différence de potentiel	45 Hz à 10 kHz	10 mV à 33 mV	$15 \cdot 10^{-4} \cdot U + 110 \mu V$	Mesure directe	Calibrateur universel	PCEM-CAN-0028	Site client Température ambiante 18 à 28 °C Humidité ambiante < 80% HR Alimentation électrique 216V à 253 V
			33 mV à 330 mV	$8,0 \cdot 10^{-4} \cdot U + 120 \mu V$				
			0,33 V à 3,3 V	$7,0 \cdot 10^{-4} \cdot U + 100 \mu V$				
			3,3 V à 33 V	$7,0 \cdot 10^{-4} \cdot U + 1000 \mu V$				
			33 V à 330 V	$11 \cdot 10^{-4} \cdot U + 25 mV$				
			330 V à 1000 V	$22 \cdot 10^{-4} \cdot U + 800 mV$				

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant alternatif / Intensité de courant électrique (génération)								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Multimètres Voltmètres	Intensité de courant électrique	60 Hz à 400Hz	1 mA à 3,3 mA	$14 \cdot 10^{-4} \cdot I + 1,2 \mu A$	Mesure directe	Calibrateur universel	PCEM-CAN-0029	Site client Température ambiante 18 à 28 °C Humidité ambiante < 80% HR Alimentation électrique 216V à 253 V
			3,3 mA à 10 mA	$12 \cdot 10^{-4} \cdot I + 5 \mu A$				
			10 mA à 33 mA	$12 \cdot 10^{-4} \cdot I + 12 \mu A$	Mesure directe	Calibrateur universel	PCEM-CAN-0004	
			33 mA à 330 mA	$12 \cdot 10^{-4} \cdot I + 50 \mu A$	Mesure directe	Calibrateur universel	PCEM-CAN-0029	
			0,33 A à 2,2 A	$15 \cdot 10^{-4} \cdot I + 500 \mu A$				
			2,2 A à 11 A	$14 \cdot 10^{-4} \cdot I + 6 mA$				

I est la valeur de l'intensité de courant exprimée en ampères.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Résistance électrique (génération)														
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application		Étendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation					
		Calibre	Courant d'utilisation											
Multimètres Voltmètres	Résistance électrique	1,0 Ω	1 mA à 125 mA	0,1 Ω à 11 Ω	130.10 ⁻⁶ .R + 16 mΩ	Mesure directe	Calibreur universel (1)	PCEM-CAN-0030	Site client Température ambiante 18 à 28 °C Humidité ambiante < 80% HR Alimentation électrique 216V à 253 V					
		3,0 Ω	1 mA à 125 mA											
		11 Ω	1 mA à 125 mA	11 Ω à 330 Ω	140.10 ⁻⁶ .R + 20 mΩ									
		33 Ω	1 mA à 125 mA											
		110 Ω	1 mA à 70 mA	0,33 kΩ à 3,3 kΩ	160.10 ⁻⁶ .R + 100 mΩ									
		330 Ω	1 mA à 40 mA											
		1,1 k Ω	0,1 mA à 18 mA	3,3 kΩ à 33 kΩ	160.10 ⁻⁶ .R + 1000 mΩ									
		3,3 k Ω	0,1 mA à 5 mA											
		11 k Ω	10 μA à 1800 μA	33 kΩ à 110 kΩ	160.10 ⁻⁶ .R + 10 Ω									
		33 k Ω	10 μA à 500 μA											
		110 k Ω	1 μA à 180 μA											
		330 k Ω	1 μA à 50 μA											
				1,1 M Ω	1 μA à 18 μA					0,33 MΩ à 1,1 MΩ	200.10 ⁻⁶ .R + 80 Ω	Mesure directe	Calibreur universel (2)	PCEM-CAN-0030
				3,3 M Ω	0,1 μA à 5 μA					1,1 MΩ à 3,3 MΩ	230.10 ⁻⁶ .R + 100 Ω			
		11 M Ω	25 nA à 1800 nA	3,3 MΩ à 10 MΩ	700.10 ⁻⁶ .R + 800 Ω									

R est la valeur de la résistance exprimée en ohms.

(1) Résistances en 4 fils

(2) Résistances en 2 fils

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire peut employer d'autres méthodes dès lors que les compétences qu'elles impliquent sont présentes dans sa portée d'accréditation et ce pour la même grandeur et la même valeur ou étendue de mesure. Cependant, le laboratoire ne pourra mentionner des incertitudes meilleures que celles figurant dans sa portée d'accréditation.

La liste des méthodes équivalentes employées est tenue à jour par le laboratoire.

Les incertitudes élargies correspondent aux aptitudes en matière de mesures et d'étalonnages (CMC) du laboratoire pour une probabilité de couverture de 95%.

Accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte cité en référence dans le document Cofrac LAB INF 99 disponible sur www.cofrac.fr

Date de prise d'effet : **01/03/2018** Date de fin de validité : **31/01/2019**

La Responsable d'Accréditation Pilote
The Pilot Accreditation Manager

Séverine MOISEL

Cette annexe technique annule et remplace l'annexe technique 2-1579 Rév. 5.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet - 75012 PARIS

Tél. : 33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031

www.cofrac.fr