

Section Laboratoires

**ATTESTATION D'ACCREDITATION****ACCREDITATION CERTIFICATE****N° 2-6668**

Le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) atteste que :  
*The French Committee for Accreditation (Cofrac) certifies that :*

**TRESCAL SAS**

N° SIREN : 562047050

Satisfait aux exigences de la norme **NF EN ISO/CEI 17025 : 2005**  
*Fulfils the requirements of the standard*

et aux règles d'application du Cofrac pour les activités d'analyses/essais/étalonnages en :  
*and Cofrac rules of application for the activities of testing/calibration in :*

**ELECTRICITE HAUTE FREQUENCE /**  
*HIGH FREQUENCY ELECTRICITY*

**ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / COURANT CONTINU - COURANT ALTERNATIF**  
*DIRECT CURRENT AND LOW FREQUENCY ELECTRICITY / DIRECT CURRENT - ALTERNATIVE CURRENT*

réalisées par / *performed by :*

**TRESCAL - Agence de Roissy**  
**294/296, avenue du Bois de la Pie**  
**BP 62186 Roissy-En-France**  
**95974 ROISSY CH-DE-GAULLE CEDEX**

et précisément décrites dans l'annexe technique jointe  
*and precisely described in the attached technical appendix*

L'accréditation suivant la norme internationale homologuée NF EN ISO/IEC 17025 est la preuve de la compétence technique du laboratoire dans un domaine d'activités clairement défini et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d'un système de management adapté (cf. communiqué conjoint ISO-ILAC-IAF en vigueur disponible sur le site internet du Cofrac [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr))

*Accreditation in accordance with the recognised international standard NF EN ISO/IEC 17025 demonstrates the technical competence of the laboratory for a defined scope and the proper operation in this laboratory of an appropriate management system (see current Joint ISO-ILAC-IAF Communiqué available on Cofrac web site [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).*

Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral d'EA pour l'accréditation, pour les activités objets de la présente attestation.

*Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for accreditation for the activities covered by this certificate.*

Date de prise d'effet / *granting date* : **01/01/2019**

Date de fin de validité / *expiry date* : **31/01/2019**

Le Responsable du Pôle Bâtiment-Electricité,  
*Pole manager - Building-Electricity,*

**Kerno MOUTARD**

La présente attestation n'est valide qu'accompagnée de l'annexe technique.

*This certificate is only valid if associated with the technical appendix.*

L'accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée de l'accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac ([www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).

*The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of accreditation and its validity should be checked on the Cofrac website ([www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).*

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac.

*The Cofrac's liability applies only to the french text.*

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet - 75012 PARIS

Tél. : 33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



Section Laboratoires

## **ANNEXE TECHNIQUE**

### **à l'attestation N° 2-6668**

L'accréditation concerne les prestations réalisées par :

**TRESCAL - Agence de Roissy**  
**294/296, avenue du Bois de la Pie**  
**BP 62186 Roissy-En-France**  
**95974 ROISSY CH-DE-GAULLE CEDEX**

Contact : **Monsieur Fabrice MOUCHEL**  
Adresse : Bâtiment Le Sextant, Rue des Vindits 50130 Cherbourg-Octeville  
Tél. : 02 33 21 67 80 & 06 85 13 56 66  
E-mail : [fabrice.mouchel@trescal.com](mailto:fabrice.mouchel@trescal.com)

Contact site : **Monsieur Sébastien DHEDIN**  
Tél. : 01 48 63 18 18  
E-mail : [sebastien.dhedin@trescal.com](mailto:sebastien.dhedin@trescal.com)

Dans son unité :  
**- Laboratoire d'étalonnage en Electricité-Magnétisme - Roissy**

Elle porte sur : voir pages suivantes

**ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Différence de potentiel**

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure (1)	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Sources de tension Référence de tension zener	Différence de potentiel	Courant continu	■ 10 V	37 $\mu$ V	Méthode par opposition	Référence de tension Zener Diviseur Kelvin Varley	Procédure d'étalonnage PT.01E.32	En laboratoire
Multimètres Voltmètres Nanovoltmètres Calibrateurs	Différence de potentiel	Courant continu	0 $\mu$ V à 100 mV 100 mV à 1 V	12.10 <sup>-6</sup> .U + 450 nV 4.10 <sup>-6</sup> .U + 1,6 $\mu$ V	Mesure directe	Voltmètre	Procédure d'étalonnage PT.01E.03	
			1V à 10 V	3,8.10 <sup>-6</sup> .U + 3,7 $\mu$ V	Méthode par opposition	Référence de tension Zener Diviseurs de tensions	Procédure d'étalonnage PT.01E.32	
			10 V à 100 V 100 V à 1000 V	7.10 <sup>-6</sup> .U + 0,1 mV 7,2.10 <sup>-6</sup> .U + 0,65 mV	Mesure directe	Voltmètre	Procédure d'étalonnage PT.01E.03	
Kilovoltmètres Sondes Hautes tensions Diélectrimètres Générateurs hautes Tensions	Différence de potentiel	Courant continu	1 kV à 2 kV 2 kV à 20 kV 20 kV à 50 kV	1,2.10 <sup>-3</sup> .U + 0,3 V 1,5.10 <sup>-3</sup> .U + 3 V 1,5.10 <sup>-3</sup> .U + 30 V	Mesure directe	Kilovoltmètre	Procédure d'étalonnage PT.01E.32	Sur site <i>Température ambiante 18 à 28°C</i>
Sources de tension Générateurs Calibrateurs	Différence de potentiel	Courant continu	2 mV à 20 mV 20 mV à 200 mV 200 mV à 2 V 2 V à 20 V 20 V à 200 V 200 V à 1000 V	1,5.10 <sup>-4</sup> .U + 2 $\mu$ V 5,9.10 <sup>-5</sup> .U + 5 $\mu$ V 5,6.10 <sup>-5</sup> .U + 60 $\mu$ V 5,5.10 <sup>-5</sup> .U + 0,35 mV 5,5.10 <sup>-5</sup> .U + 4 mV 5,5.10 <sup>-5</sup> .U + 40 mV	Mesure directe	Voltmètre	Procédure d'étalonnage PT.01E.09	
Mesureurs de tension Voltmètres	Différence de potentiel	Courant continu	0,1 mV à 330 mV 330 mV à 3,3 V 3,3 V à 33 V 33 V à 330 V 330 V à 1000 V	6,5.10 <sup>-5</sup> .U + 6 $\mu$ V 5.10 <sup>-5</sup> .U + 16 $\mu$ V 5.10 <sup>-5</sup> .U + 0,25 mV 5,5.10 <sup>-5</sup> .U + 3 mV 5,5.10 <sup>-5</sup> .U + 10 mV	Mesure directe	Générateur	Procédure d'étalonnage PT.01E.09	

■ Valeurs ponctuels

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.

(1) Les tensions négatives sont obtenues en inversant la polarité.

**ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant alternatif / Différence de potentiel**

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Sources de tension Générateurs BF Calibrateurs Multimètres Voltmètres	Différence de potentiel	20 Hz à 10 kHz 10 kHz à 20 kHz	1 mV à 10 mV	20 μV 40 μV	Mesure directe	Voltmètre	Procédure d'étalonnage PT.01E.32	En laboratoire
		20 Hz à 1 kHz 1 kHz à 10 kHz 10 kHz à 20 kHz	10 mV à 100 mV	$4,5 \cdot 10^{-4} \cdot U + 20 \mu V$ $4,1 \cdot 10^{-4} \cdot U + 40 \mu V$ $8,2 \cdot 10^{-4} \cdot U + 70 \mu V$				
		20 Hz à 1 kHz 1 kHz à 10 kHz 10 kHz à 20 kHz 20 kHz à 50 kHz 50 kHz à 100 kHz	100 mV à 190 mV	$4,6 \cdot 10^{-4} \cdot U + 20 \mu V$ $4,6 \cdot 10^{-4} \cdot U + 70 \mu V$ $8,4 \cdot 10^{-4} \cdot U + 0,2 \text{ mV}$ $1,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,3 \text{ mV}$ $1,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,6 \text{ mV}$				
		20 Hz à 1 kHz 1 kHz à 20 kHz 20 kHz à 100 kHz	0,19 V à 1 V	$2,0 \cdot 10^{-4} \cdot U$ $2,5 \cdot 10^{-4} \cdot U$ $4,0 \cdot 10^{-4} \cdot U$				
		20 Hz à 20 kHz 20 kHz à 100 kHz	1 V à 1,9 V	$2,0 \cdot 10^{-4} \cdot U$ $4,0 \cdot 10^{-4} \cdot U$				
		20 Hz à 10 kHz 10 kHz à 20 kHz 20 kHz à 50 kHz 50 kHz à 100 kHz	2 V à 10 V	$2,0 \cdot 10^{-4} \cdot U$ $3,0 \cdot 10^{-4} \cdot U$ $4,0 \cdot 10^{-4} \cdot U$ $6,0 \cdot 10^{-4} \cdot U$				
		20 Hz à 20 kHz 20 kHz à 100 kHz	10 V à 19 V	$2,0 \cdot 10^{-4} \cdot U$ $4,0 \cdot 10^{-4} \cdot U$				
		20 Hz à 50 kHz 50 kHz à 100 kHz	19 V à 50 V	$5,0 \cdot 10^{-4} \cdot U$ $8,0 \cdot 10^{-4} \cdot U$				
		20 Hz à 20 kHz 20 kHz à 50 kHz 50 kHz à 100 kHz	50 V à 100 V	$2,0 \cdot 10^{-4} \cdot U$ $3,0 \cdot 10^{-4} \cdot U$ $5,0 \cdot 10^{-4} \cdot U$				
		20 Hz à 20 kHz 20 kHz à 50 kHz 50 kHz à 100 kHz	100 V à 190 V	$2,5 \cdot 10^{-4} \cdot U$ $4,0 \cdot 10^{-4} \cdot U$ $8,6 \cdot 10^{-4} \cdot U$				
		20 Hz à 50 Hz	190 V à 700 V	$5,0 \cdot 10^{-4} \cdot U$				
		50 Hz à 10 kHz	190 V à 1000 V	$3,8 \cdot 10^{-4} \cdot U + 35 \text{ mV}$			Procédure d'étalonnage PT.01E.03	

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.

**ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant alternatif / Différence de potentiel**

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Kilovoltmètres Sondes hautes tensions Diélectrimètres Générateurs hautes tensions	Différence de potentiel	50 Hz	1 kV à 2 kV 2 kV à 20 kV 20 kV à 25 kV	$3 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,4 \text{ V}$ $3 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4 \text{ V}$ $3 \cdot 10^{-3} \cdot U + 40 \text{ V}$	Mesure directe	Kilovoltmètre	Procédure d'étalonnage PT.01E.32	En laboratoire

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.

**ELECTRICITE HAUTE FREQUENCE / Différence de potentiel radiofréquence**

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Calibrateurs Générateurs BF Générateurs RF Voltmètre RF Mesureurs RF	Différence de potentiel RF	50 kHz à 100 MHz 100 MHz à 500 MHz 500 MHz à 1 GHz	10 mV à 100 mV	5,0%.U 6,0%.U 6,5%.U	Mesure directe	Voltmètre RF	Procédure d'étalonnage PT.01E.32	En laboratoire
		50 kHz à 10 MHz 10 MHz à 500 MHz 500 MHz à 1 GHz	100 mV à 1 V	4,0%.U 6,0%.U 6,5%.U				
		50 kHz à 10 MHz 10 MHz à 100 MHz 100 MHz à 1 GHz	1 V à 2,5 V	4,0%.U 6,0%.U 6,5%.U				

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.

**ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant alternatif / Différence de potentiel**

<b>Objet</b>	<b>Caractéristique mesurée ou recherchée</b>	<b>Domaine d'application</b>	<b>Etendue de mesure</b>	<b>Incertitude élargie</b>	<b>Principe de la méthode</b>	<b>Principaux moyens utilisés</b>	<b>Référence de la méthode</b>	<b>Lieu de réalisation</b>
Sources de tension Générateurs Calibrateurs	Différence de potentiel	50 Hz à 1 kHz	20 mV à 200 mV 200 mV à 2 V 2 V à 20 V 20 V à 200 V 200 V à 700 V	$3,8 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,2 \text{ mV}$ $3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,5 \text{ mV}$ $3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 15 \text{ mV}$ $3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,15 \text{ V}$ $3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,5 \text{ V}$	Mesure directe	Voltmètre	Procédure d'étalonnage PT.01E.09	Sur site  <i>Température ambiante 18 à 28°C</i>
Mesureurs de tension Voltmètres	Différence de potentiel	50 Hz à 1 kHz	10 mV à 330 mV 330 mV à 3,3 V 3,3 V à 33 V 33 V à 330 V 330 V à 1000 V	$2,1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 40 \mu\text{V}$ $5,5 \cdot 10^{-4} \cdot U + 0,5 \text{ mV}$ $4,2 \cdot 10^{-4} \cdot U + 4,5 \text{ mV}$ $8 \cdot 10^{-4} \cdot U + 38 \text{ mV}$ $1,7 \cdot 10^{-3} \cdot U + 90 \text{ mV}$	Mesure directe	Générateur	Procédure d'étalonnage PT.01E.09	<i>Humidité ambiante 20 à 80 % HR</i>

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Intensité de courant électrique								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure (1)	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Picoampèremètres Ampèremètres Générateurs Pico-sources Calibrateurs	Intensité de courant électrique	Courant continu	1 pA à 10 pA 10 pA à 100 pA 100 pA à 1 nA 1 nA à 10 nA 10 nA à 100 nA 100 nA à 1 µA	$2 \cdot 10^{-2} \cdot I + 60 \text{ fA}$ $1,3 \cdot 10^{-2} \cdot I + 0,4 \text{ pA}$ $8 \cdot 10^{-3} \cdot I + 1,3 \text{ pA}$ $7,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 1,5 \text{ pA}$ $6 \cdot 10^{-3} \cdot I + 4 \text{ pA}$ $6 \cdot 10^{-4} \cdot I + 70 \text{ pA}$	Mesure par substitution	Electromètre Source de tension continu Résistance	Procédure d'étalonnage PT.01E.32	En laboratoire
Ampèremètres Générateurs Pico-sources Calibrateurs Multimètres	Intensité de courant électrique	Courant continu	1 µA à 10 µA 10 µA à 100 µA 100 µA à 10 mA 10 mA à 1 A  1 A à 15 A 15 A à 100 A	$7 \cdot 10^{-5} \cdot I$ $3 \cdot 10^{-5} \cdot I$ $1,6 \cdot 10^{-5} \cdot I$ $6 \cdot 10^{-5} \cdot I$  $2,8 \cdot 10^{-4} \cdot I$ $3,3 \cdot 10^{-4} \cdot I$	Mesure de la tension aux bornes d'une résistance  Mesure de la tension aux bornes d'une résistance	Résistance Générateur de tension  Résistance Voltmètre	Procédure d'étalonnage PT.01E.32  Procédure d'étalonnage PT.01E.03	
Générateurs Multimètres Sources de courant Calibrateurs	Intensité de courant électrique	Courant continu	1 mA à 200 mA 200 mA à 2A	$4,1 \cdot 10^{-4} \cdot I + 40 \text{ µA}$ $9,2 \cdot 10^{-4} \cdot I + 0,6 \text{ mA}$	Mesure directe	Ampèremètre	Procédure d'étalonnage PT.01E.09	Sur site  <i>Température ambiante 18 à 28°C</i>
Ampèremètres Multimètres Mesureurs d'intensité	Intensité de courant électrique	Courant continu	35 µA à 3,3 mA 3,3 mA à 33 mA 33 mA à 330 mA 330 mA à 2,2 A 2,2 A à 11 A	$1,8 \cdot 10^{-4} \cdot I + 0,2 \text{ µA}$ $1,3 \cdot 10^{-4} \cdot I + 0,7 \text{ µA}$ $2,0 \cdot 10^{-4} \cdot I + 30 \text{ µA}$ $4,5 \cdot 10^{-4} \cdot I + 0,17 \text{ mA}$ $6,1 \cdot 10^{-4} \cdot I + 2 \text{ mA}$	Mesure directe	Générateur	Procédure d'étalonnage PT.01E.09	<i>Humidité ambiante 20 à 80 % HR</i>

I est la valeur de l'intensité de courant électrique exprimée en ampères.

(1) Les valeurs d'intensité négatives sont obtenues en inversant la polarité.



**ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant alternatif / Intensité de courant électrique**

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Ampèremètres Multimètres Générateurs Calibrateurs	Intensité de courant électrique	20 Hz à 1 kHz	10 µA à 190 µA 190 µA à 1,9 mA 1,9 mA à 19 mA 19 mA à 190 mA 190 mA à 1,9 A	$7.10^{-4}.I + 50 \text{ nA}$ $7.10^{-4}.I + 0,5 \text{ µA}$ $3.10^{-4}.I + 1,6 \text{ µA}$ $3.10^{-4}.I + 1 \text{ µA}$ $5.10^{-4}.I + 0,4 \text{ mA}$	Mesure directe	Ampèremètre	Procédure d'étalonnage PT.01E.32	En laboratoire
		50 Hz à 1 kHz	2 A ■ 5 A ■ 10 A ■	$3,5.10^{-3}.I$ $1,3.10^{-3}.I$			Procédure d'étalonnage PT.01E.32	
		50 Hz ■	10 µA à 100 µA 100 µA à 1 mA 1 mA à 10 mA 10 mA à 100 mA 100 mA à 1 A	$8.10^{-4}.I + 70 \text{ nA}$ $7.10^{-4}.I + 70 \text{ nA}$ $6.10^{-4}.I + 0,55 \text{ µA}$ $4.10^{-4}.I + 6 \text{ µA}$ $2,7.10^{-4}.I + 80 \text{ µA}$			Procédure d'étalonnage PT.01E.03	
		1 kHz ■	1 mA à 10 mA 10 mA à 100 mA 100 mA à 1 A	$6,5.10^{-4}.I + 0,5 \text{ µA}$ $1,7.10^{-4}.I + 5 \text{ µA}$ $1,7.10^{-4}.I + 80 \text{ µA}$			Procédure d'étalonnage PT.01E.03	
Ampèremètres Générateurs Calibrateurs Multimètres	Intensité de courant électrique	50 Hz ■	1 A à 15 A 15 A à 100 A	$1.10^{-3}.I$ $1.10^{-3}.I$	Mesure de la tension aux bornes d'une résistance	Voltmètre Résistance	Procédure d'étalonnage PT.01E.03	
Générateurs Multimètres Sources de courant Calibrateurs	Intensité de courant électrique	50 Hz ■	100 mA à 2A	$4.10^{-3}.I + 2 \text{ mA}$	Mesure directe	Ampèremètre	Procédure d'étalonnage PT.01E.09	Sur site <i>Température ambiante 18 à 28°C</i>
Ampèremètres Multimètres Mesureurs d'intensité	Intensité de courant électrique	50 Hz ■	35 µA à 3,3 mA 3,3 mA à 33 mA 33 mA à 330 mA 330 mA à 2,2 A 2,2 A à 11 A	$1,2.10^{-4}.I + 0,9 \text{ µA}$ $10.10^{-4}.I + 10 \text{ µA}$ $9.10^{-4}.I + 0,12 \text{ mA}$ $1,3.10^{-3}.I + 0,61 \text{ mA}$ $1,2.10^{-3}.I + 6,5 \text{ mA}$	Mesure directe	Générateur	Procédure d'étalonnage PT.01E.09	<i>Humidité ambiante 20 à 80 % HR</i>

■ Valeurs ponctuels

I est la valeur de l'intensité de courant électrique exprimée en ampères.

**ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Résistance électrique**

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Shunts Mesureurs de résistances Résistances	Résistance électrique	Courant continu <i>Courant de mesure &lt; 100A</i>	1 mΩ à 10 mΩ	$3,8 \cdot 10^{-4} \cdot R$	Méthode potentiométrique	Voltmètre Résistances	Procédure d'étalonnage PT.01E.03	En laboratoire
Résistances	Résistance électrique	Courant continu	1 Ω ■ 1 mΩ à 100 mΩ 100 mΩ à 1 Ω 1 Ω à 5 Ω 5 Ω à 10 Ω 10 Ω à 100 Ω 100 Ω à 100 kΩ 100 kΩ à 10 MΩ	37 μΩ $2 \cdot 10^{-5} \cdot R + 9 \mu\Omega$ $2 \cdot 10^{-5} \cdot R + 160 \mu\Omega$ $2,2 \cdot 10^{-5} \cdot R + 120 \mu\Omega$ $1,7 \cdot 10^{-5} \cdot R + 80 \mu\Omega$ $1,7 \cdot 10^{-5} \cdot R$ $1,2 \cdot 10^{-5} \cdot R$ $2,3 \cdot 10^{-5} \cdot R$	Méthode potentiométrique	Résistances Diviseur	Procédure d'étalonnage PT.01E.32	
Résistances hautes valeurs	Résistance électrique	Courant continu	10 GΩ ■ 100 GΩ ■ 1 TΩ ■ 10 TΩ ■	$8 \cdot 10^{-3} \cdot R$ $1 \cdot 10^{-2} \cdot R$ $1,6 \cdot 10^{-2} \cdot R$ $3 \cdot 10^{-2} \cdot R$	Mesure par substitution	Résistances Générateur Mesureur intensité	Procédure d'étalonnage PT.01E.32	
Résistances hautes valeurs	Résistance électrique	Courant continu <i>* sous une tension de 10 à 100V</i> <i>** sous une tension de 50 à 1000V</i>  <i>Pour une autre tension les incertitudes mentionnées ci-contre peuvent être dégradées</i>	10 MΩ à 100 MΩ * 100 MΩ à 1 GΩ * 1 GΩ à 10 GΩ *  1 GΩ à 10 GΩ ** 10 GΩ à 100 GΩ **	$4,8 \cdot 10^{-4} \cdot R$ $6,5 \cdot 10^{-3} \cdot R$ $7,6 \cdot 10^{-3} \cdot R$  $9,0 \cdot 10^{-3} \cdot R$ $1 \cdot 10^{-2} \cdot R$	Mesure potentiométrique	Générateurs Résistances	Procédure d'étalonnage PT.01E.32  Procédure d'étalonnage PT.01E.03	

■ Valeurs ponctuels

R est la valeur de la résistance électrique exprimée en ohms.

L'étalonnage de mesureurs de résistance en valeurs continues est possible en dégradant les incertitudes accréditées.

**ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Résistance électrique**

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Ohmmètres Milliohmmètres Mesureurs de résistance Pont de mesure	Résistance électrique	Courant continu	1 mΩ ■ 10 mΩ ■ 100 mΩ ■ 1 Ω ■ 10 Ω ■ 100 Ω ■ 1 kΩ ■ 10 kΩ ■ 100 kΩ ■ 1 MΩ ■	10 nΩ 40 nΩ 700 nΩ 10 μΩ 50 μΩ 500 μΩ 4 mΩ 35 mΩ 0,6 Ω 7 Ω	Mesure directe	Résistance	Procédure d'étalonnage PT.01E.32	En laboratoire
			10 MΩ ■ 100 MΩ ■	1,5 kΩ 80 kΩ	Mesure directe	Résistances Calibrateurs	Procédure d'étalonnage PT.01E.03	
Ohmmètres Milliohmmètres Mesureurs de résistance	Résistance électrique	Courant continu	10 mΩ à 10 Ω 10 Ω à 100 Ω 100 Ω à 1 kΩ 1 kΩ à 10 kΩ 10 kΩ à 100 kΩ 100 kΩ à 1 MΩ 1 MΩ à 10 MΩ 10 MΩ à 100 MΩ 100 MΩ à 1 GΩ	$1 \cdot 10^{-4} \cdot R + 60 \mu\Omega$ $8,5 \cdot 10^{-6} \cdot R + 80 \mu\Omega$ $6,4 \cdot 10^{-6} \cdot R + 2,1 \text{ m}\Omega$ $7,4 \cdot 10^{-6} \cdot R + 11 \text{ m}\Omega$ $7,0 \cdot 10^{-6} \cdot R + 0,19 \Omega$ $12 \cdot 10^{-6} \cdot R + 0,9 \Omega$ $5 \cdot 10^{-5} \cdot R + 18 \Omega$ $3 \cdot 10^{-4} \cdot R + 1,8 \text{ k}\Omega$ $3,5 \cdot 10^{-3} \cdot R + 65 \text{ k}\Omega$	Mesure directe	Ohmmètre	Procédure d'étalonnage PT.01E.03	

R est la valeur de la résistance électrique exprimée en ohms.

**ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Résistance électrique**

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Résistances Simulateur de résistance	Résistance électrique	Courant continu	0,1 Ω à 20 Ω 20 Ω à 200 Ω 200 Ω à 2 kΩ 2 kΩ à 20 kΩ 20 kΩ à 200 kΩ 200 kΩ à 2 MΩ 2 MΩ à 20 MΩ	$7 \cdot 10^{-4} \cdot R + 5 \text{ m}\Omega$ $6,5 \cdot 10^{-4} \cdot R + 15 \text{ m}\Omega$ $9 \cdot 10^{-4} \cdot R + 40 \text{ m}\Omega$ $9 \cdot 10^{-4} \cdot R + 1,5 \Omega$ $9 \cdot 10^{-4} \cdot R + 4 \Omega$ $9 \cdot 10^{-4} \cdot R + 300 \Omega$ $9 \cdot 10^{-4} \cdot R + 3000 \Omega$	Mesure directe	Ohmmètre	Procédure d'étalonnage PT.01E.09	Sur site <i>Température ambiante 18 à 28°C</i>
Ohmmètres Mesureurs de résistance Pont de mesure	Résistance électrique	Courant continu	0,1 Ω à 330 Ω 330 Ω à 3,3 kΩ 3,3 kΩ à 33 kΩ 33 kΩ à 330 kΩ 330 kΩ à 3,3 MΩ 3,3 MΩ à 33 MΩ 33 MΩ à 330 MΩ	$1,5 \cdot 10^{-4} \cdot R + 12 \text{ m}\Omega$ $7 \cdot 10^{-5} \cdot R + 60 \text{ m}\Omega$ $7 \cdot 10^{-5} \cdot R + 0,6 \Omega$ $9 \cdot 10^{-5} \cdot R + 5,5 \Omega$ $1,4 \cdot 10^{-4} \cdot R + 120 \Omega$ $8 \cdot 10^{-4} \cdot R + 4,5 \text{ k}\Omega$ $5,2 \cdot 10^{-3} \cdot R + 180 \text{ k}\Omega$	Mesure directe	Générateur de résistance simulée	Procédure d'étalonnage PT.01E.09	<i>Humidité ambiante 20 à 80 % HR</i>

R est la valeur de la résistance électrique exprimée en ohms.

**ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant alternatif / Capacité électrique**

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Capacimètre Pont de mesure	Capacité électrique	1 kHz	100 pF ■ 1 nF ■ 10 nF ■ 100 nF ■ 1 μF ■	15 fF 130 fF 1,3 pF 13 pF 140 pF	Mesure directe	Condensateur	Procédure d'étalonnage PT.01E.32	En laboratoire
Condensateurs	Capacité électrique	1 kHz	100 pF à 1 nF 1 nF à 1 μF	$1,1 \cdot 10^{-3} \cdot C + 22 \text{ fF}$ $3,1 \cdot 10^{-4} \cdot C$	Mesure par substitution	Condensateur Pont de mesure RLC	Procédure d'étalonnage PT.01E.32	

■ Valeurs ponctuels

C est la valeur de la capacité électrique exprimée en farads.

L'étalonnage de mesureurs de capacité en valeurs continues est possible en dégradant les incertitudes accréditées.

**ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Température par simulation électrique**

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure (1)	Incertitude élargie (2)	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Indicateur de température pour thermocouple	Température par simulation électrique	Sans compensation de soudure froide	0 $\mu$ V à 1 mV * 1 mV à 10 mV * 10 mV à 100 mV	1,4 $\mu$ V 1,5 $\mu$ V 2,8 $\mu$ V	Mesure directe de ddp et conversion en °C	Générateur de tension	Procédures d'étalonnage PT.01E.03 / PT.01E.32	En laboratoire
Simulateur de température pour thermocouple	Température par simulation électrique	Sans compensation de soudure froide	0 $\mu$ V à 100 mV *	1,8 $\mu$ V	Mesure directe de ddp et conversion en °C	Voltmètre	Procédure d'étalonnage PT.01E.03	
Indicateur de température pour thermocouple	Température par simulation électrique	Avec compensation de soudure froide	-10 mV à 100 mV	10 $\mu$ V couple K 10 $\mu$ V couple T 12 $\mu$ V couple J 4 $\mu$ V couple R 4 $\mu$ V couple S 10 $\mu$ V couple N 21 $\mu$ V couple E	Mesure directe de ddp avec soudure froide déportée et conversion en °C	Générateur de tension Bain de glace Thermocouple d'extension	Procédure d'étalonnage PT.01E.32	
			0 $\mu$ V à 100 mV	2,8 $\mu$ V à 3,8 $\mu$ V couple B			Procédure d'étalonnage PT.01E.03	
Simulateur de température pour thermocouple	Température par simulation électrique	Avec compensation de soudure froide	-10 mV à 100 mV	11 $\mu$ V couple K 10 $\mu$ V couple T 12 $\mu$ V couple J 4 $\mu$ V couple R 4 $\mu$ V couple S 10 $\mu$ V couple N 21 $\mu$ V couple E	Mesure directe de ddp avec soudure froide déportée et conversion en °C	Voltmètre Bain de glace Thermocouple d'extension	Procédure d'étalonnage PT.01E.32	
			0 $\mu$ V à 100 mV	4,5 $\mu$ V couple B			Procédure d'étalonnage PT.01E.32	

(\*) Les températures négatives sont obtenues en inversant la polarité.

(1) Les domaines de température équivalents sont, pour chaque couple thermoélectrique, déterminés conformément aux normes en vigueur.

(2) Afin d'obtenir l'incertitude globale d'étalonnage, l'incertitude de cette colonne sera convertie en °C et combinée avec la résolution, la stabilité...propres à l'instrument. L'incertitude propre à la table de conversion utilisée devra également être prise en compte.

**ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Température par simulation électrique**

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure (1)	Incertitude élargie (2)	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Indicateur de température pour thermorésistance	Température par simulation électrique	/	1 Ω à 60 Ω	15 mΩ	Mesure par substitution	Ohmmètre Résistance	Procédure d'étalonnage PT.01E.32	En laboratoire
			60 Ω à 100 Ω	$8,5 \cdot 10^{-6} \cdot R + 9 \text{ m}\Omega$	Mesure directe et conversion en °C		Procédure d'étalonnage PT.01E.03	
			100 Ω à 400 Ω	$8 \cdot 10^{-6} \cdot R + 5 \text{ m}\Omega$			Procédure d'étalonnage PT.01E.32	
			400 Ω à 1000 Ω	15 mΩ	Mesure par substitution		Procédure d'étalonnage PT.01E.32	
Simulateur de température pour thermorésistance	Température par simulation électrique	/	1 Ω à 100 Ω	5 mΩ	Mesure par substitution	Ohmmètre Résistance	Procédure d'étalonnage PT.01E.32	
			100 Ω à 400 Ω	$8 \cdot 10^{-6} \cdot R + 5 \text{ m}\Omega$	Mesure directe de ddp et conversion en °C		Procédure d'étalonnage PT.01E.03	
			400 Ω à 1000 Ω	7 mΩ	Mesure par substitution		Procédure d'étalonnage PT.01E.32	

R est la valeur de la résistance électrique exprimée en ohms.

(1) Les domaines de température équivalents sont, pour chaque couple thermorésistance, déterminés conformément aux normes en vigueur.

(2) Afin d'obtenir l'incertitude globale d'étalonnage, l'incertitude de cette colonne sera convertie en °C et combinée avec la résolution, la stabilité...propres à l'instrument. L'incertitude propre à la table de conversion utilisée devra également être prise en compte.

**Portée flexible FLEX2** : Le laboratoire peut employer d'autres méthodes dès lors que les compétences qu'elles impliquent sont présentes dans sa portée d'accréditation et ce pour la même grandeur et la même valeur ou étendue de mesure. Cependant, le laboratoire ne pourra mentionner des incertitudes meilleures que celles figurant dans sa portée d'accréditation. La liste des méthodes équivalentes employées est tenue à jour par le laboratoire.

Les incertitudes élargies correspondent aux aptitudes en matière de mesures et d'étalonnages (CMC) du laboratoire pour une probabilité de couverture de 95%.

# *Accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte cité en référence dans le document Cofrac LAB INF 99 disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)*

Date de prise d'effet : **01/01/2019** Date de fin de validité : **31/01/2019**

La Responsable d'accréditation  
*The Accreditation Manager*

**Séverine MOISEL**

Cette annexe technique peut faire l'objet de modifications de la part du Cofrac et dans cette hypothèse, la nouvelle annexe technique annule et remplace toute annexe technique précédemment émise.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet - 75012 PARIS

Tél. : 33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)