

Section Laboratoires

ATTESTATION D'ACCREDITATION**ACCREDITATION CERTIFICATE****N° 2-1701 rév. 7**

Le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) atteste que :
The French Committee for Accreditation (Cofrac) certifies that :

TRESCAL SA

N° SIREN : 562047050

Satisfait aux exigences de la norme
Fulfils the requirements of the standard

NF EN ISO/CEI 17025 : 2005

et aux règles d'application du Cofrac pour les activités d'analyses/essais/étalonnages en :
and Cofrac rules of application for the activities of testing/calibration in :

PRESSION ET VIDE / PRESSION ABSOLUE - PRESSION RELATIVE**PRESSURE AND VACCUM / ABSOLUTE PRESSURE - RELATIVE PRESSURE**réalisées par / *performed by :***TRESCAL SA - Site de Grenoble****5, allée de Bethléem****38610 GIERES**

et précisément décrites dans l'annexe technique jointe
and precisely described in the attached technical appendix

L'accréditation suivant la norme internationale homologuée NF EN ISO/CEI 17025 : 2005 est la preuve de la compétence technique du laboratoire dans un domaine d'activités clairement défini et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d'un système de management de la qualité adapté (cf. communiqué conjoint ISO/ILAC/IAF de janvier 2009)

Accreditation in accordance with the recognised international standard ISO/IEC 17025 : 2005 demonstrates technical competence for a defined scope and the operation of a laboratory quality management system (re. Joint IAF/ILAC/ISO Communiqué dated january 2009).

Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral d'EA pour l'accréditation, pour les activités objets de la présente attestation.

Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for accreditation for the activities covered by this certificate.

Date de prise d'effet / *granting date* : **01/03/2018**Date de fin de validité / *expiry date* : **31/01/2019**

Pour le Directeur Général et par délégation
On behalf of the General Director

Le Responsable du Pôle Bâtiment-Electricité,
The Pole Manager,

Kerno MOUTARD

La présente attestation n'est valide qu'accompagnée de l'annexe technique.
This certificate is only valid if associated with the technical appendix.

L'accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée de l'accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr).
The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of accreditation and its validity should be checked on the Cofrac website (www.cofrac.fr).

Cette attestation annule et remplace l'attestation N° 2-1701 Rév 6.
This certificate cancels and replaces the certificate N° 2-1701 [Rév 6](#).

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac.
The Cofrac's liability applies only to the french text.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet - 75012 PARIS Tél. : 33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031 www.cofrac.fr



Section Laboratoires

ANNEXE TECHNIQUE

à l'attestation N° 2-1701 rév. 7

L'accréditation concerne les prestations réalisées par :

TRESCAL SA - Site de Grenoble
5, allée de Bethléem
38610 GIERES

Dans son unité :

- Laboratoire d'étalonnage en Pression

Contact : Monsieur Renaud GUILHOU
E-mail : renaud.guilhou@trescal.com

Elle porte sur : voir pages suivantes

Unité technique : Laboratoire d'étalonnage en Pression

L'accréditation porte sur :

PRESSION ET VIDE / Pression absolue / Vide (Azote)							
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode ^(*)	Lieu de réalisation
Manomètre à vide numérique/analogique Manomètre à vide à sortie électrique	Erreur d'indication	1.10 ⁻⁵ à 1.10 ⁻² Pa	2.10 ⁻⁵ Pa + 0,2 P	Par comparaison	Manomètre à ionisation sur banc de vide, multimètre	Méthodes internes n° PCPV-GIE-0003 PCPV-GIE-0004 (suivant objet soumis à étalonnage)	En laboratoire
		1.10 ⁻⁵ à 1.10 ⁻² Pa	6.10 ⁻⁶ Pa + 0,2 P		Manomètre à viscosité sur banc de vide, multimètre		
		1.10 ⁻⁴ à 10 Pa	7.10 ⁻⁵ Pa + 0,04 P		Manomètre capacitif sur banc de vide, multimètre		
		0,1 à 130 Pa	2,5.10 ⁻² Pa + 5.10 ⁻³ P		Manomètre à ionisation sur banc de vide, multimètre		
		1.10 ⁻⁴ à 1 Pa	5.10 ⁻⁵ Pa + 0,4 P		Manomètre numérique		
		1 à 100 kPa	50 Pa + 5,0.10 ⁻³ P		Manomètre capacitif sur banc de vide, multimètre		
		100 à 1300 Pa	1 Pa + 0.01 P				

PRESSION ET VIDE / Pression relative / Pression relative gaz (Azote)

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode (*)	Lieu de réalisation
Manomètre à aiguille Manomètre numérique Transmetteur / capteur de pression Balance manométrique	Erreur d'indication	-950 à 300 hPa	$15 \text{ Pa} + 5 \cdot 10^{-5} (P_{\text{atm}} + P_r)$	Par comparaison	Manomètre numérique, multimètre	Méthodes internes n° PCPV-GIE-0002 PCPV-GIE-0005 PCPV-GIE-0006 (suivant objet soumis à étalonnage)	En laboratoire
		7 kPa à 1 MPa	$5 \text{ Pa} + 4,5 \cdot 10^{-5} \cdot P_r$		Balance manométrique et ensemble piston-cylindre, multimètre		
		0,5 à 40,5 MPa	$70 \text{ Pa} + 5 \cdot 10^{-5} \cdot P_r$		Balance manométrique, ensemble piston-cylindre et séparateur huile/gaz, multimètre		
		2 à 40,5 MPa	$350 \text{ Pa} + 8,0 \cdot 10^{-5} \cdot P_r$		Générateur mesureur, multimètre		
		-90 à 0* kPa	$40 \text{ Pa} + 1 \cdot 10^{-4} (P_{\text{atm}} + P_r)$				
		-90 à 100 kPa	$50 \text{ Pa} + 1 \cdot 10^{-4} (P_{\text{atm}} + P_r)$				
		-90 à 250 kPa	$60 \text{ Pa} + 1 \cdot 10^{-4} (P_{\text{atm}} + P_r)$				
		0* à 2 MPa	$210 \text{ Pa} + 1 \cdot 10^{-4} (P_{\text{atm}} + P_r)$				
		0* à 4 MPa	$370 \text{ Pa} + 7,0 \cdot 10^{-5} (P_{\text{atm}} + P_r)$				
		0* à 7 MPa	$400 \text{ Pa} + 6,5 \cdot 10^{-5} (P_{\text{atm}} + P_r)$				
		-100 à 100 kPa	$10 \text{ Pa} + 1,0 \cdot 10^{-4} \cdot P_r$				
		0* à 1 Mpa	$30 \text{ Pa} + 1,0 \cdot 10^{-4} \cdot P_r$				
		0* à 2 MPa	$100 \text{ Pa} + 1,0 \cdot 10^{-4} \cdot P_r$				
		0* à 5 MPa	$200 \text{ Pa} + 1,3 \cdot 10^{-4} \cdot P_r$				
		0* à 10 MPa	$350 \text{ Pa} + 1,2 \cdot 10^{-4} \cdot P_r$				
0 à 40 MPa	$2 \text{ 500 Pa} + 1,0 \cdot 10^{-4} \cdot P_r$						

* L'incertitude de mesure ne s'applique pas à la valeur zéro

PRESSION ET VIDE / Pression relative / Pression relative liquide							
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode (*)	Lieu de réalisation
Manomètre à aiguille	Erreur d'indication	0,5 à 40,5 MPa (huile sébacate et eau)	70 Pa + 5.10 ⁻⁵ .P _r	Par comparaison	Balance manométrique, ensemble piston-cylindre et séparateur huile/eau, multimètre	Méthodes internes n° PCPV-GIE-0002 PCPV-GIE-0005 PCPV-GIE-0006 (suivant objet soumis à étalonnage)	En laboratoire
Manomètre numérique		2 à 100 MPa (eau)	350 Pa + 8,0.10 ⁻⁵ .P _r				
Transmetteur / capteur de pression		2 à 160 MPa (huile sébacate)			Balance manométrique, ensemble piston-cylindre, multimètre		
Balance manométrique							

PRESSION ET VIDE / Pression absolue / Pression absolue liquide							
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode (*)	Lieu de réalisation
Manomètre à aiguille	Erreur d'indication	0,6 à 40,6 MPa (huile sébacate et eau)	70 Pa + 5.10 ⁻⁵ .P	Par comparaison	Balance manométrique, ensemble piston-cylindre associé à un manomètre numérique et à un séparateur huile/eau, multimètre	Méthode interne n° PCPV-GIE-0002	En laboratoire
Manomètre numérique		2,1 à 100 MPa (eau)	350 Pa + 8,0.10 ⁻⁵ .P				
Transmetteur / capteur de pression		2,1 à 160 MPa (huile sébacate)			Balance manométrique, ensemble piston-cylindre associé à un manomètre numérique, multimètre		

PRESSION ET VIDE / Pression absolue / Pression absolue gaz (Azote)

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode ^(*)	Lieu de réalisation
Manomètre à aiguille Manomètre numérique Transmetteur / capteur de pression	Erreur d'indication	1 à 1300 hPa	$8 \text{ Pa} + 6,5 \cdot 10^{-5} \cdot P$	Par comparaison	Manomètre numérique, multimètre	Méthode interne n° PCPV-GIE-0002L	En laboratoire
		85 à 115 kPa	15 Pa				
		0,107 à 1,1 MPa	$16 \text{ Pa} + 4,0 \cdot 10^{-5} \cdot P$		Balance manométrique, ensemble piston-cylindre associé à un manomètre numérique, multimètre		
		0,6 à 40,6 MPa	$70 \text{ Pa} + 5 \cdot 10^{-5} \cdot P$				
		2 à 40,6 MPa	$350 \text{ Pa} + 8,0 \cdot 10^{-5} \cdot P$				
		8 à 100 kPa	$40 \text{ Pa} + 1 \cdot 10^{-4} \cdot P$				
		10 à 200 kPa	$50 \text{ Pa} + 1 \cdot 10^{-4} \cdot P$				
		10 à 350 kPa	$60 \text{ Pa} + 1 \cdot 10^{-4} \cdot P$				
		0,1 à 2,1 MPa	$210 \text{ Pa} + 1 \cdot 10^{-4} \cdot P$				
		0,1 à 4,1 MPa	$370 \text{ Pa} + 7,0 \cdot 10^{-5} \cdot P$				
		0,1 à 7,1 MPa	$400 \text{ Pa} + 6,5 \cdot 10^{-5} \cdot P$				
		0 à 200 kPa	$25 \text{ Pa} + 1 \cdot 10^{-4} \cdot P$				
		0,1 à 1,1 MPa	$45 \text{ Pa} + 1 \cdot 10^{-4} \cdot P$				
		0,1 à 2,1 MPa	$100 \text{ Pa} + 1 \cdot 10^{-4} \cdot P$				
		0,1 à 5,1 MPa	$200 \text{ Pa} + 1,3 \cdot 10^{-4} \cdot P$				
0,1 à 10,1 MPa	$350 \text{ Pa} + 1,2 \cdot 10^{-4} \cdot P$						
0 à 40,1 MPa	$2\,500 \text{ Pa} + 1 \cdot 10^{-4} \cdot P$						

Avec : P_r : Pression relative

P : Pression absolue

P_l : Pression en ligne

P_{atm} : Pression atmosphérique

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les étalonnages en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

Les incertitudes élargies correspondent aux aptitudes en matière de mesures et d'étalonnages (CMC) du laboratoire pour une probabilité de couverture de 95%.

[#] *Accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte cité en référence dans le document Cofrac LAB INF 99 disponible sur www.cofrac.fr*

Date de prise d'effet : **01/03/2018** Date de fin de validité : **31/01/2019**

La Responsable d'Accréditation Pilote
The Pilot Accreditation Manager

Séverine MOUISEL

Cette annexe technique annule et remplace l'annexe technique 2-1701 Rév. 6.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet - 75012 PARIS

Tél. : 33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031

www.cofrac.fr