

Section Laboratoires

ATTESTATION D'ACCREDITATION**ACCREDITATION CERTIFICATE****N° 2-1419 rév. 8**

Le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) atteste que :
The French Committee for Accreditation (Cofrac) certifies that :

TRESCAL

N° SIREN : 562047050

Satisfait aux exigences de la norme **NF EN ISO/IEC 17025 : 2017**
Fulfils the requirements of the standard

et aux règles d'application du Cofrac pour les activités d'analyses/essais/étalonnages en :
and Cofrac rules of application for the activities of testing/calibration in :

PRESSIION ET VIDE / PRESSIION ABSOLUE - PRESSIION RELATIVE
PRESSURE AND VACCUM / ABSOLUTE PRESSURE - RELATIVE PRESSURE

réalisées par / *performed by :*

TRESCAL - Agence de Metz
ZI SAINTE AGATHE
10 RUE PILATRE DE ROZIER - BP 70109
57192 FLORANGE CEDEX

et précisément décrites dans l'annexe technique jointe
and precisely described in the attached technical appendix

L'accréditation suivant la norme internationale homologuée NF EN ISO/IEC 17025 est la preuve de la compétence technique du laboratoire dans un domaine d'activités clairement défini et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d'un système de management adapté (cf. communiqué conjoint ISO-ILAC-IAF en vigueur disponible sur le site internet du Cofrac www.cofrac.fr)

Accreditation in accordance with the recognised international standard NF EN ISO/IEC 17025 demonstrates the technical competence of the laboratory for a defined scope and the proper operation in this laboratory of an appropriate management system (see current Joint ISO-ILAC-IAF Communiqué available on Cofrac web site www.cofrac.fr).

Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral d'EA pour l'accréditation, pour les activités objets de la présente attestation.

Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for accreditation for the activities covered by this certificate.

Date de prise d'effet / *granting date* : **16/10/2020**
Date de fin de validité / *expiry date* : **31/01/2024**

Pour le Directeur Général et par délégation
On behalf of the General Director

Le Responsable du Pôle Bâtiment-Electricité,
Pole manager - Building-Electricity,

Kerno MOUTARD

La présente attestation n'est valide qu'accompagnée de l'annexe technique.
This certificate is only valid if associated with the technical appendix.

L'accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée de l'accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr).
The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of accreditation and its validity should be checked on the Cofrac website (www.cofrac.fr).

Cette attestation annule et remplace l'attestation N° 2-1419 Rév 7.
This certificate cancels and replaces the certificate N° 2-1419 [Rév 7](#).

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac.
The Cofrac's liability applies only to the french text.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031 www.cofrac.fr
--

ANNEXE TECHNIQUE

à l'attestation N° 2-1419 rév. 8

L'accréditation concerne les prestations réalisées par :

TRESCAL - Agence de Metz
ZI SAINTE AGATHE
10 RUE PILATRE DE ROZIER - BP 70109
57192 FLORANGE CEDEX

Contact : Monsieur Pierre HIRTZMANN
E-mail : pierre.hirtzmann@trescal.com

Dans son unité :

- Laboratoire d'étalonnage en Pression - Florange

Elle porte sur : voir pages suivantes

PRESSION ET VIDE / Pression relative / Pression relative liquide (huile)						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Référence de la méthode (*)	Lieu de réalisation
Manomètre métallique Manomètre numérique Chaîne de mesure de pression Capteur à sortie électrique	Erreur d'indication Sensibilité	0,2 à 4 MPa	$80 \text{ Pa} + 8,0 \cdot 10^{-5} \cdot P_r$	Comparaison à une balance manométrique équipée d'un ensemble piston-cylindre	Méthodes internes n° PVF-0010 n°PVF-0111 (Suivant objet soumis à étalonnage)	En laboratoire
		2 à 100 MPa	$230 \text{ Pa} + 8,0 \cdot 10^{-5} \cdot P_r$			
		0* à 500 MPa	600 kPa	Comparaison à un capteur de pression associé à un indicateur numérique		Sur site Température de 5 à 35°C
		0* à 60 MPa	33 000 Pa	Comparaison à un capteur de pression associé à un indicateur numérique		
		0* à 100 MPa	$55 \text{ kPa} + 1,4 \cdot 10^{-3} \cdot P_r$	Comparaison à un manomètre numérique		

* L'incertitude de mesure ne porte pas sur la valeur zéro de l'étendue.

PRESSION ET VIDE / Pression relative / Pression relative liquide (eau)						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Référence de la méthode (*)	Lieu de réalisation
Manomètre métallique Manomètre numérique Chaîne de mesure de pression Capteur à sortie électrique	Erreur d'indication Sensibilité	0,2 à 4 MPa	$80 \text{ Pa} + 8,0 \cdot 10^{-5} \cdot P_r$	Comparaison à une balance manométrique équipée d'un ensemble piston-cylindre associée à un séparateur huile/eau	Méthodes internes n° PVF-0010 n°PVF-0111 (Suivant objet soumis à étalonnage)	En laboratoire
		2 à 80 MPa	$230 \text{ Pa} + 8,0 \cdot 10^{-5} \cdot P_r$			
		0* à 60 MPa	33 000 Pa	Comparaison à un capteur de pression associé à un indicateur numérique		Sur site Température de 5 à 35°C
		0* à 80 MPa	$55 \text{ kPa} + 1,4 \cdot 10^{-3} \cdot P_r$	Comparaison à un manomètre numérique		

* L'incertitude de mesure ne porte pas sur la valeur zéro de l'étendue.

Avec : P_r : Pression relative.

PRESSION ET VIDE / Pression relative / Pression relative gaz						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Référence de la méthode (*)	Lieu de réalisation
Manomètre métallique Manomètre numérique Chaîne de mesure de pression Capteur à sortie électrique	Erreur d'indication Sensibilité	-950 à 0* hPa	30 Pa	Comparaison à une balance manométrique équipée d'un ensemble piston/cylindre associé à un mesureur de vide et à un manomètre numérique	Méthodes internes n° PVF-0010 n°PVF-0111 (Suivant objet soumis à étalonnage)	En laboratoire
		4,3 à 162 kPa	$0,7 \text{ Pa} + 3,0 \cdot 10^{-5} \cdot P_r$	Comparaison à une balance manométrique équipée d'un ensemble piston/cylindre		
		23 à 700 kPa	$3 \text{ Pa} + 3,0 \cdot 10^{-5} \cdot P_r$			
		200 à 7 150 kPa	$40 \text{ Pa} + 3,0 \cdot 10^{-5} \cdot P_r$	Comparaison à une balance manométrique équipée d'un ensemble piston/cylindre associé à un séparateur huile/gaz		
		2* à 21 MPa	$230 \text{ Pa} + 8,0 \cdot 10^{-5} \cdot P_r$			
		-900 à 0* hPa	15 Pa	Comparaison à un manomètre numérique		
		0* à 10 MPa	$1500 \text{ Pa} + 9 \cdot 10^{-5} \cdot P_r$			
		0* à 200 hPa	$10 \text{ Pa} + 4,0 \cdot 10^{-4} \cdot P_r$	Comparaison à un manomètre numérique équipé d'un capteur externe		
		0* à 35 MPa	$8 \text{ kPa} + 4,0 \cdot 10^{-4} \cdot P_r$			
		0* à 60 MPa	30 000 Pa			

* L'incertitude de mesure ne porte pas sur la valeur zéro de l'étendue.

Avec : P_r : Pression relative

PRESSION ET VIDE / Pression relative / Pression relative gaz						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Référence de la méthode (*)	Lieu de réalisation
Manomètre métallique Manomètre numérique Chaîne de mesure de pression Capteur à sortie électrique	Erreur d'indication Sensibilité	0* à 2 MPa	$500 \text{ Pa} + 9,5 \cdot 10^{-4} \cdot P_r$	Comparaison à un manomètre numérique	Méthodes internes n° PVF-0010 n° PVF-0111 (Suivant objet soumis à étalonnage)	Sur site Température de 5 à 35°C
		0* à 2 MPa	$650 \text{ Pa} + 5,0 \cdot 10^{-4} \cdot P_r$			
		0* à 8 MPa	$2\,600 \text{ Pa} + 6,0 \cdot 10^{-4} \cdot P_r$			
		0* à 200 hPa	$20 \text{ Pa} + 4,0 \cdot 10^{-4} \cdot P_r$	Comparaison à un manomètre numérique équipé d'un capteur externe		
		0* à 200 kPa	$100 \text{ Pa} + 4,0 \cdot 10^{-4} \cdot P_r$			
		0* à 35 MPa	$20 \text{ kPa} + 4,0 \cdot 10^{-4} \cdot P_r$			
		0* à 60 MPa	33 000 Pa			

* L'incertitude de mesure ne porte pas sur la valeur zéro de l'étendue.

Avec : P_r : Pression relative

PRESSION ET VIDE / Pression absolue / Pression absolue gaz						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Référence de la méthode ^(*)	Lieu de réalisation
Manomètre métallique Manomètre numérique Chaîne de mesure de pression Capteur à sortie électrique	Erreur d'indication Sensibilité	4,3 à 162 kPa	$6 \text{ Pa} + 2,5 \cdot 10^{-5} \cdot P$	Comparaison à une balance manométrique équipée d'un ensemble piston/cylindre, associé à un mesureur de vide	Méthodes internes n° PVF-0010 n°PVF-0111 (Suivant objet soumis à étalonnage)	En laboratoire
		23 à 700 kPa	$8 \text{ Pa} + 3,0 \cdot 10^{-5} \cdot P$			
		100 à 800 kPa	$55 \text{ Pa} + 3,0 \cdot 10^{-5} \cdot P$	Comparaison à une balance manométrique équipée d'un ensemble piston/cylindre associé à un manomètre numérique		
		300 à 7250 kPa	$80 \text{ Pa} + 3,0 \cdot 10^{-5} \cdot P$			
		2,1 à 21 MPa	$250 \text{ Pa} + 8,0 \cdot 10^{-5} \cdot P$	Comparaison à une balance manométrique équipée d'un ensemble piston/cylindre associé à un manomètre numérique et à un séparateur huile/gaz		
		0,1 à 10 MPa	$1500 \text{ Pa} + 9 \cdot 10^{-5} \cdot P$	Comparaison à un manomètre numérique associé à un manomètre numérique		
		950 à 1050 hPa	15 Pa	Comparaison à un manomètre numérique		
		1,5 à 350 kPa	30 Pa			
		0,1 à 60 MPa	30 000 Pa	Comparaison à un manomètre numérique équipé d'un capteur externe associé à un manomètre numérique		
		0,1 à 35 MPa	$8 \text{ kPa} + 4,0 \cdot 10^{-4} \cdot P$			
		0,1 à 35 MPa	$20 \text{ kPa} + 4,0 \cdot 10^{-4} \cdot P$	Comparaison à un manomètre numérique équipé d'un capteur externe associé à un manomètre numérique		
		0,1 à 60 MPa	35 000 Pa	Comparaison à un manomètre numérique équipé d'un capteur externe		
		800 à 1100 hPa	65 Pa	Comparaison à un baromètre numérique		Sur site Température de 5 à 35°C

Avec : P : Pression absolue

PRESSION ET VIDE / Pression absolue / Pression absolue liquide (huile)						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Référence de la méthode (*)	Lieu de réalisation
Manomètre métallique Manomètre numérique Chaîne de mesure de pression Capteur à sortie électrique	Erreur d'indication Sensibilité	0,3 à 4 MPa	$120 \text{ Pa} + 8,0 \cdot 10^{-5} \cdot P$	Comparaison à une balance manométrique équipée d'un ensemble piston-cylindre associée à un manomètre numérique	Méthodes internes n° PVF-0010 n°PVF-0111 (Suivant objet soumis à étalonnage)	En laboratoire
		2,1 à 100 MPa	$250 \text{ Pa} + 8,0 \cdot 10^{-5} \cdot P$			
		0,1 à 500 MPa	600 kPa	Comparaison à un capteur de pression associé à un indicateur numérique et à un manomètre numérique		Sur site Température de 5 à 35°C
		0,1 à 60 MPa	35 000 Pa	Comparaison à un manomètre numérique équipé d'un capteur externe		

PRESSION ET VIDE / Pression absolue / Pression absolue liquide (eau)						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Référence de la méthode (*)	Lieu de réalisation
Manomètre métallique Manomètre numérique Chaîne de mesure de pression Capteur à sortie électrique	Erreur d'indication Sensibilité	0,3 à 4 MPa	$120 \text{ Pa} + 8,0 \cdot 10^{-5} \cdot P$	Comparaison à une balance manométrique équipée d'un ensemble piston-cylindre associée à un manomètre numérique	Méthodes internes n° PVF-0010 n°PVF-0111 (Suivant objet soumis à étalonnage)	En laboratoire
		2,1 à 80 MPa	$250 \text{ Pa} + 8,0 \cdot 10^{-5} \cdot P$			
		0,1 à 60 MPa	35 000 Pa	Comparaison à un manomètre numérique équipé d'un capteur externe		Sur site Température de 5 à 35°C

Avec : P : Pression absolue

(*) **Portée FIXE** : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les étalonnages en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

Les incertitudes élargies correspondent aux aptitudes en matière de mesures et d'étalonnages (CMC) du laboratoire pour une probabilité de couverture de 95%.

Accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte cité en référence dans le document Cofrac LAB INF 99 disponible sur www.cofrac.fr

Date de prise d'effet : **16/10/2020** Date de fin de validité : **31/01/2024**

La Responsable d'accréditation
The Accreditation Manager

Séverine MOUISEL

Cette annexe technique annule et remplace l'annexe technique 2-1419 Rév. 7.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031 www.cofrac.fr
